

Дом здравља Лучани
Број: 652/1
08.04.2019. године
Г у ч а

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 652 од 05.04.2019. године за јавну набавку **Лабораторијски потрошни материјал и закуп апарата за потребе Дома здравља Лучани, број јавне набавке 2/2019**, објављен на Порталу јавних набавки дана 02.04.2019. године, комисија наручиоца доставља појашњење конкурсне документације:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 652 од 05.04.2019. године, поставило питање:

1. За партију 1- да ли је прихватљива запремина узорка 2-45 микролитара?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да је прихватљива запремина узорка 2-45 микролитара.

2. За партију 1- да ли је прихватљиво понудити апарат који има 40 места за узорке?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да није прихватљиво понудити апарат са 40 места за узорке.

3. За партију 1- да ли је прихватљива запремина реакционог волумена од 150-500 микролитара?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да је прихватљива запремина реакционог волумена од 150-500 микролитара.

4. За партију 1- да ли је прихватљива запремина реагенаса 10-350 микролитара?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да је прихватљива запремина реагенаса 10-350 микролитара.

5. За партију 1- да ли је прихватљиво да доступни тестови буду описани другачије онако како произвођач апарата дефинише (end-point, fixed-time, kinetic, monochromatic, bichromatic), а да буду покривене све анализе које су предмет набавке?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да су прихватљиви тестови како произвођач апарата дефинише, с тим да су покривене анализе које су предмет набавке.

6. За партију 1- да ли реагенси који се понуде треба да се налазе у оригиналним боцама које као такве иду у апарат без претходне припреме?
Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да је потребно да су наведени реагенси у оригиналним боцама које иду директно у апарат, без претходне припреме, уколико то апарат дозвољава.

За Комисију за јавну набавку
Весна Симић, дипл. правник

