

Дом здравља Лучани
Број: 686
11.04.2019. године
Г у ч а

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 664 од 09.04.2019. године за јавну набавку **Лабораторијски потрошни материјал и закуп апарата за потребе Дома здравља Лучани, број јавне набавке 2/2019**, објављен на Порталу јавних набавки дана 02.04.2019. године, комисија наручиоца доставља појашњење конкурсне документације:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 664 од 09.04.2019. године, поставило питање:

1. За партију 1-минимална запремина реакционог волумена 200 микролитара по спецификацији да се преформулише јер на тржишту постоје произвођачи код којих је ова минимална запремина још нижа, што се сматра предношћу и олакшица за рад, нарочито кад су у питању деца.

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да Наручилац остаје при објављеним карактеристикама.

2. За партију 1-у карактеристикама биохемијског анализатора наведено је 100-200 анализа на сат. Заинтересовано лице сматра да су овом ставком ограничени понуђачи са бољим перформансама анализатора и већом брзином тестова, и захтева да се ставка уклони.

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да је проценом броја узорака и тестова наручилац дефинисао опсег брзине који сматра најреалнијим.

3. За партију 1- ставка доступни тестови који су наведени endpoint, bihromatic endpoint, differential endpoint, differential endpoint sample blank, fixed time, kinetic, већина анализатора изводи ове методе, међутим назив тих метода је другачији, те моли да се оваква формулација изостави.

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да су прихватљиви тестови како произвођач понуђеног апарата који се нуди дефинише, с тим да су покривене анализе које су предмет набавке.

4. За партију 1- реакционе вишекратне кивете од акрил пластике које се перу, не могу бити поуздане за већи број анализа ако се не мењају у складу са прописима, што није случај код једнократних кивета које су још поузданије, те моли да се ова ставка преформулише.

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица истиче да вишекратне кивете од акрил пластике задовољавају потребе лабораторије а кивете се перу према произвођачко- техничком упутству у складу са прописима.

За Комисију за јавну набавку
Весна Симовић, дипл. правник

