

Дом здравља Лучани  
Број: 890  
13.05.2020. године  
Г у ч а

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 882 од 12.05.2020. године за јавну набавку Санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља Лучани у поступку јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 2/2020, објављен на Порталу јавних набавки дана 08.05.2020. године, комисија наручиоца доставља појашњење конкурсне документације:

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код Наручиоца под бројем 882 од 12.05.2020. године поставило следеће питање:

За партију 10 –да ли је за установу прихватљиво понудити памучне завоје који имају густину ткања 24 (12+12) нити/цм<sup>2</sup> са утканим рубом, обзиром да је конкурсном документацијом тражена густина ткања 24 нити/цм<sup>2</sup> (14+10)?

Комисија наручиоца, разматрајући наведено питање, истиче да није прихватљива понуда за памучне завоје који имају густину ткања 24 нит/цм<sup>2</sup> (12+12), због неодговарајуће густине ткања.

За Комисију за јавну набавку  
Весна Симовић, дипл. правник

